



Группа компаний «ГРАНТ»
450112, Россия
Уфа, ул. Цветочная, 11

Отдел продаж:
+7(347) 292-39-83
+7(347) 292-73-82
Сервис (факс):
+7 (347) 292-15-42
info@grant-ufa.ru
www.grant-ufa.ru

Плитка для подготовки пробы битума ППП-1



Назначение и область применения

ППП-1 предназначена для нагревания и расплавления пробы битума на стандартной металлической пластинке, используемой для испытания битумов на хрупкость в соответствии с ГОСТ 11507-78, ГОСТ 33143-2014.

Описание

Для равномерного нанесения битума на стандартную пластину рабочая поверхность плитки выполнена качающейся и имеет две степени свободы движения относительно корпуса плитки.

Для охлаждения пластины с пробой используется столик с горизонтальной керамической поверхностью, входящий в комплект поставки плитки.

ГОСТ 33143-2014

ГОСТ 11507-78

Принадлежности:

столик - 1 шт.;
лопатка - 1 шт.

Технические характеристики

| | |
|---|-------------|
| Диапазон температуры нагрева, °С | 50...300 |
| Дискретность установки температуры, °С | 1 |
| Время достижения максимальной температуры, мин, не более | 15 |
| Отклонение поддержания заданной температуры, °С, не более | ±1 |
| Потребляемая мощность, ВА, не более | 400 |
| Параметры питания, В; Гц | 220; 50 |
| Габариты плитки (ШхГхВ), мм | 160x165x138 |
| Габариты столика (ШхГхВ), мм | 120x120x140 |
| Масса плитки, кг, не более | 2,5 |
| Масса столика, кг, не более | 0,8 |